

Item	Quant.	Cetil	Descrição	Licitante	Marca/Modelo	Avaliação
1	2	43783	Adipômetro/Plicômetro analógico, metal, resolução 1 mm, faixa de operação de até 60 mm, pressão cerca de 10 g,mm ² , tolerância até 0,5 mm. CATMAT 427494	Licitafisio	Avanutri Clínico	Aprovado
2	1	43784	Anel Exercitador de Mãos e Dedos. Material para reabilitação e fortalecimento dos dedos, mãos, punhos e antebraços, terapia ocupacional e coordenação motora final. Exercitador feito em silicone extremamente leve e durável com resistência de 18 quilos. CATMAT 419836	Licitafisio	Live UP Hand Grip	Aprovado
3	1	43.785	Aparelho de corrente russa. Equipamento utilizado para incremento da força muscular, modificação do tecido muscular, melhoria da estabilidade articular, manutenção da qualidade e quantidade do tecido muscular, recuperação da sensação da contração nos casos de perda de sinestesia e aumento da circulação sanguínea no músculo. Modulações: Contínuo / sincronizado / recíproco / facial; Frequência de recorte variável de 1 a 200 Hz; Rise - variável de 1 a 10 segundos; Decay - variável de 1 a 10 segundos; ON - variável de 1 a 60 segundos; OFF - variável de 1 a 60 segundos. Dimensões e pesos aproximados: 25.0 cm x 19.0 cm x 14.0 cm (C x L x A) Peso: 3.0 kg. Peso: 4.0 kg. CATMAT 379943.	Licitafisio	Ibramed / Neurodyn II	Aprovado
4	2	43786	Aparelho de laser DMC Therapy EC. Equipamento utilizado para reabilitação fonoaudiológica em voz, disfagia, motricidade orofacial e anosmia. Dimensões aproximadas: Peso da peça de mão: 0,18 Kg. Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg. Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade). Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade). Diâmetro da fibra: 600 um. Bateria: Li-íon. Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm. Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 %. Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm. Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 %. Itens que acompanham o produto: 01 peça de mão. 01 suporte da peça de mão. 01 fonte de alimentação. 03 espaçadores. 01 óculos de proteção profissional. 01 óculos de proteção paciente. 01 case de transporte. 03 pulseiras ILIBA. CATMAT 460169	Skylab	MMO ILIB	Aprovado. Ressaltando que são requisitadas 3 pulseiras ILIB
5	2	40531	Aspirador para sangue e secreção, portátil, elétrico, bivolt, capacidade do recipiente de no mínimo 1 litro, frequência mínima de 60 hz, motor de no mínimo 33HP com potência mínima de 160 VA, vácuo regulável de até 600 mhg, vazão livre de no mínimo 20 l/min, silencioso, com frasco coletor de no mínimo 1300 ml com tampa e válvula anti-transbordamento, incluso tubo de sucção, conjunto com 3 filtros de ar e extensão, garantia mínima de 12 meses. CATMAT 459188	Equipar	Nevoni 5005	Aprovado
6	6000	43794	Atadura crepe, 10 cm x 1,8m, 13 fios/cm ² , mínimo 80% algodão, bordas devidamente acabadas, alta elasticidade, sem desfiamento, alta resistência, macias e absorventes, devidamente enroladas, dermatologicamente testadas, esterilizáveis em autoclave, embalagem contendo 1 unidade. da saúde. CATMAT 444355	JNS Textil	JN Textil	Enviar fotos do produto, pois não foi possível confirmar as características em consulta na internet.

Item	Quant.	Cetil	Descrição	Licitante	Marca/Modelo	Avaliação
7	3	43795	Balança Digital Portátil. Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente a impacto (exemplo: não pode ser de vidro temperado) e de fácil higienização; Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 5 dígitos; Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200 kg; Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g; Desligamento automático; Alimentação por pilha(s) ou bateria(s); Deve incluir as pilha(s) ou bateria(s) necessária(s) para seu funcionamento; Indicador de pilha fraca. Pés revestidos de material antiderrapante; Deve apresentar indicador de sobrecarga, isto é, caso haja sobrecarga de peso, a balança deve indicar erro ao invés de demonstrar o peso máximo possível; Não deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a tomada de medidas de gestantes e portadores de marcapasso; Opcionalmente, deve apresentar função “mamãebebê” que possibilita determinar o peso de crianças e bebês no colo da mãe; É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) ou órgão semelhante; Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte e de manual de instrução em português; Garantia de, no mínimo, 1 ano. CATMAT 457790			
8	5	43796	Bandagem funcional, elástica, adesiva, tipo kinesiológica, hipoalergênica, confeccionada basicamente em algodão, livre de latex, respirável, com adesivo resistente a água mas sem agressão a pele, cores variadas, embalagem em rolo 5cm x 5m. CATMAT 433102	Licitafisio	Supermedy	Aprovado
9	3	43797	Bastões de madeira para alojamento, fortalecimento e ganho de amplitude de movimento (ADM). Confeccionado em madeira, 5 cores diferentes, com suporte para fixação na parede, conjunto com 5 bastões medindo 1,5m X 0,03m X 0,03m. CATMAT 351679	Fisiomédica	Fisiomédica	Aprovado.
10	1	43798	Bicicleta Ergométrica horizontal. Equipamento utilizado para reabilitação funcional aeróbica, fortalecimento de membros inferiores. Utilizada para reabilitação funcional aeróbica, fortalecimento de membros inferiores. Display em LCD; monitoramento: distância, cronômetro, monitorização cardíaca, calorias, nível de carga e relógio, capacidade para 150 kg. Dimensões aproximadas: 1,41m, 0,63m, 1,04m. CATMAT 248932.			
11	100	16387	Bisturi descartável, nº24, lâmina em aço inox, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, cabo em plástico, estéril, atóxico, apirogênico, com capa protetora e trava de segurança, embalagem com 1 unidade. CATMAT 413086			
12	3	43799	Bola suíça nº 55, fabricada em látex, suporte para até 200kg, com sistema antiestouro, bico reserva, 55 cm de diâmetro. CATMAT 426780	Licitafisio	Vollo	Aprovado

Item	Quant.	Cetil	Descrição	Licitante	Marca/Modelo	Avaliação
13	3	43800	Cama de exame ginecológico tipo divã, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de pernas anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade ântero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura 0,76 m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura na cabeceira 0,15 m e nos pés e parte central 0,10 m. O revestimento estofado deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvin soft 8 marron. A marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. CATMAT 211580.	E-leven	CM1200 Caumaq	Aprovado
14	3	43801	Colchão casca de ovo fechado, inflável, PVC, suporte para até 130kg, tamanho 1,90 x 0,90 m. CATMAT 601128	Licitafisio	Cipel D33	Reprovado. Não é inflável.
15	3	43803	Comadre tipo pá, confeccionada em aço inox, tamanho mínimo de 1,5 l, com alça. CATMAT 422609.	Licitafisio	Artinox	Aprovado
16	2	43805	Correntes TENS/FES. Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD; timer; bivolt. CATMAT 348097	Workout	Ibramed Neurodyn Portátil	Aprovado
17	3	43806	Cunha de espuma, revestida em courvin, tamanho aproximado de 47 cm x 30 cm x 50 cm. CATMAT 323866	Licitafisio	Só Epumas	Aprovado
18	1400	43807	Curativo primário estéril constituído por um tecido não aderente (Rayon) impregnado com óleos de origem vegetal ricos em AGE, tamanho mínimo 7,5 cm x 7,5 cm, embalagem individual. CATMAT 396709	Goldmed	Pharma Jelly Net – JN 100100	Reprovado. É impregnado com pó de carboximetilcelulose superabsorvente e petrolato e não óleos AGE.
19	1	43808	Divã. Equipamento que facilita a acomodação do paciente proporcionando maior segurança a terapia. Tablado de madeira; Espuma de densidade 28; Revestido por courvim anticalor. Dimensões aproximadas: 186cm x 135cm, 44cm (CxLxA). CATMAT 432425	Ideia Educativa	Ideia Educativa	Aprovado

Item	Quant.	Cetil	Descrição	Licitante	Marca/Modelo	Avaliação
20	40	43809	Eletrodos de silicone (lavável). Material utilizado para equipamentos de eletroterapia. Material de silicone; reutilizáveis; material de boa condutibilidade, embalagem com 4 unidades. CATMAT 461331	Biopulse	Carci ES3050	Aprovado
21	1	43810	Escada de canto. Equipamento utilizado para reabilitação, treino da marcha, equilíbrio, propriocepção articular. Escada com rampa de madeira montada em L; 3 Degraus revestidos com piso antiderrapante; Corrimãos em madeira para adulto e criança. CATMAT 435832.	Fisiomédica	Fisiomédica	Aprovado
22	1	43811	Escala de Barkley para Avaliação de Disfunções Executivas de uso exclusivo do psicólogo. Instrumento que visa avaliar os possíveis déficits das funções executivas nas atividades cotidianas. Gerenciamento de tempo, Organização e resolução de problemas, Autocontrole, Automotivação, Autorregulação de emoções. Conjunto completo simples. CATMAT 600908	PSI	HOGREFE	APROVADO
23	1	43812	Escala de Vineland 3 para avaliação de comportamento adaptativo. Instrumento que avalia o comportamento adaptativo de indivíduos com deficiências intelectuais e de desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), lesão cerebral pós-traumática, deficiência auditiva e visual, doença de Alzheimer. Conjunto completo. CATMAT 605655	PSI	Pearson	APROVADO
24	1	43811	Escala Wechsler Abreviada não verbal de inteligência de uso exclusivo do psicólogo. Instrumento que avalia a capacidade intelectual, utilizado em avaliações psicológicas e neuropsicológicas. Conjunto completo. CATMAT 600905	PSI	Pearson	APROVADO
25	4	43814	Esfigmomanômetro aneroide portátil - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pera - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde. CATMAT 432681	Altermed	Accumed Premiun ESF20N	Reprovado. Não atende as especificações quando ao giro de 360º, nylon da braçadeira não é siliconizado e não possui garantia de calibração de 5 anos.
26	2	43815	Espelho Nasal Milimetrado. Espelho de Altmann. Material para quantificar a aeração nasal e para determinar o escape de ar nasal no caso de indivíduos portadores de alterações do esfíncter velofaríngeo: Espelho milimetrado em aço, tamanho 17 cm x 10 cm, com encaixe nasal. CATMAT 388262			

Item	Quant.	Cetil	Descrição	Licitante	Marca/Modelo	Avaliação
27	2	43816	Estetoscópio adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada. CATMAT 438928	Equipar	Accumed / Premium Adulto	Reprovado. Não é formato duo-sonic, as olivas não são rosqueáveis e não tem borda de borracha no sino. Somente o modelo cardiológico dessa marca atenderia ao requisitado.
28	3	43817	Faixa elástica de resistência, confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 15 cm de largura, com 1 metro de comprimento, grau de resistencia FORTE. CATMAT 379660	Licitafisio	Acte T13	Aprovado
29	3	43818	Faixa elástica de resistência, confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 15 cm de largura, com 1 metro de comprimento, grau de resistencia FRACA. CATMAT 379658	Licitafisio	Acte T13	Aprovado
30	3	43819	Faixa elástica de resistência, confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 15 cm de largura, com 1 metro de comprimento, grau de resistencia MÉDIA. CATMAT 379659	Licitafisio	Acte T13	Aprovado
31	3	43820	Halter de 1 kg, confeccionado em ferro fundido, revestido com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto, padrão de cores universal para o peso. CATMAT 370702	Licitafisio	WF Fundidos / UN 0071	Aprovado
32	3	43821	Halter de 500 g, confeccionado em ferro fundido, revestido com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto, padrão de cores universal para o peso. CATMAT 379701	Workout	Arktus	Aprovado
33	50	43822	Hidrogel pré misturado para curativo, gel amorfo, transparente com fórmula estável que não muda de cor, com hidratante alantoína, com umectante glicerina e preservativos metilparabeno e propilparabeno, tubo de 85g. CATMAT 484920			
34	2	43823	Inspirômetro de Incentivo adulto. Material para exercícios respiratório para prevenção e tratamento de doenças broncopulmonares e atelectasias. Material: polipropileno; Dimensões Aproximadas: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; Posicionamento do ponteiro: Modulação em 0 - Fácil; 1 - Regular; 2 - Difícil; 3 - Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo montado; 01 Bocal; 01 Mangueira. CATMAT 347394	Licitafisio	NCS Respirom Classic	Aprovado
35	2	43824	Inspirômetro de Incentivo infantil. Material para exercícios respiratórios em crianças. Material: polipropileno; Dimensões Aproximadas: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; Posicionamento do ponteiro: Modulação em 0 - Fácil; 1 - Regular; 2 - Difícil; 3 - Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo montado; 01 Bocal; 01 Mangueira. Kit de adesivos para personalização lúdica infantil. CATMAT 347394	Licitafisio	NCS Respirom kids	Aprovado

Item	Quant.	Cetil	Descrição	Licitante	Marca/Modelo	Avaliação
36	1	43825	Inventário Beck BDI - II de Depressão de uso exclusivo do psicólogo. Instrumento que visa medir a intensidade da depressão. Identificando sintomas típicos de depressão grave ou de depressão que requer hospitalização. Conjunto completo para adolescentes e adultos. CATMAT 600909	PSI	Pearson	Aprovado
37	3	43826	Kit de Jogos e brinquedos adaptados. Material utilizado para terapia manual. Jogo de memória, jogo de quebra cabeça, jogo dominó, jogos de tabuleiro entre outros Brinquedos adaptados como de encaixe. CATMAT 600376			
38	2	43827	Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento. CATMAT 445191	Equipar	BIOLAND / LT200	Aprovado
39	3	43828	Laser de 1 ponteira. Equipamento utilizado para tratamento de lesões cutâneas, polineuropatia e fotobiomodulação. Visor de LCD; timer; bivolt ; laser terapêutico de baixa frequência; canetas: caneta laser 660nm - AlGaInP - (Po - 30mW), caneta Laser 830nm - GaAlAs - (Po - 30mW), caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico). Emissão de Laser contínuo ou pulsado; opção de 10 frequências de modulação. Tensão de Alimentação: 90 – 240 V~ . Peso da peça de mão: 0,18 Kg. Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg. Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade). Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade). Bateria: Li-íon. Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm. Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 %. Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm 100 mW. Potência útil emissor laser infravermelho: 250 mW ± 20 %. Itens que acompanham o produto: 01 peça de mão, 01 suporte da peça de mão, 01 fonte de alimentação, 01 cabo de alimentação, 01 espaçador, 03 óculos de proteção, 01 manual do usuário, 01 termo de garantia, 01 maleta para transporte, 01 pulseira ILIB 1. CATMAT 391854	Promedi	Ibramed / Laserpulse + Probes 3 e 4	Reprovado. Falta a caneta laser 904nm (Probe 5)
40	12	42684	Maleta pra materiais de enfermagem, confeccionada em polipropileno, abertura articulada, 2 ou 3 bandejas sendo uma delas com tampa, tamanho mínimo 36cm x 18 cm x 18 cm, com alça de mão, cor branca. CATMAT 314478	José Dantas	Polymer	Aprovado desde que seja o modelo 8002 ou 8003.
41	3	43829	Massageador facial. Equipamento para massagem. Escova Facial Massageadora Elétrica Ultrassônica 4 em 1, possui 4 funções e 4 cabeças substituíveis, bateria recarregável, alimentação através de cabo USB bivolt, dimensões 19 x 3cm, botões liga/desliga e 4 modos, contendo 1 aparelho ultrassônico 4 em 1, 1 cabo USB, 4 cabeças. CATMAT 460733	Licitafisio	Resgate Fisio / Rotativo	Cancelar o Item. Valor de referencia muito acima da preço real.
42	1	43830	Mesa adaptada para cadeirante. Mesa reta com altura regulável de 60 cm a 84 cm, tampo em MDF 18 mm com revestimento em BP ou fórmica com acabamento, estrutura em aço com tratamento anti corrosão e ferrugem, ponteiros de plástico PP, vão livre para encaixe da cadeira, cor branca ou cinza claro. CATMAT 469607	Ideia Educativa	Ideia Educativa	Comprovar que a mesa possui ajuste de altura.
43	2	43831	Mesa carrinho auxiliar com gavetas. Equipamento utilizado para acomodar o material e os equipamentos durante o atendimento fisioterapêutico. Composta por: estrutura de madeira MDF, 2 gavetas em MDF, sistema de rodízios, suporte para aparelhos de fisioterapia. Dimesões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,77m (C X L X A). Peso: 20,0kg. CATMAT 483913.			

Item	Quant.	Cetil	Descrição	Licitante	Marca/Modelo	Avaliação
44	1	43832	Mini bicicleta ergonômica, mecânica, portátil, capacidade para 100kg, funções: distância, tempo, calorias. Pedais magnéticos. CATMAT 444941	Licitafisio	WCT 608	Reprovado. Não possui as funções solicitadas.
45	2	43833	Nebulizador portátil - inalador a ar comprimido. Equipamento para aerosolterapia. Tensão: 127/220 (VCA); Frequência: em torno de 60Hz (50Hz sob encomenda); Consumo: em torno de 80W; Potência: em torno de 1/40 hp; Sistema: Pistão. Máscara adulto e infantil em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10ml; extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. CATMAT 435787	Equipar	G-TECH / DC1	Aprovado
46	10	43834	Óculos para laser. Material de segurança para o profissional de saúde e paciente. Constituído de armação em nylon resistente e flexível; lente de policarbonato; lente com tratamento anti-risco; proteção contra a grande; intensidade de luz, infravermelho e contra raios UVA e UVB. CATMAT 603604	Shop	Kalipso Infravermelho	Aprovado
47	4	43835	Óleos essenciais. Material utilizados na reabilitação do olfato nos odores limão/laranja, menta/alecrim, cravo/canela e lavanda/rosas. Kit com no mínimo 4 frascos de 10 ml cada. CATMAT 456964			
48	1	43836	Otoscópio. Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. CATMAT CATMAT 478187			
49	2	43837	Oxímetro de infantil e adulto portátil de dedo, medição de saturação de oxigênio e pulsação em adulto e crianças, tela OLED, faixa de medição de saturação de 0% a 100%, precisão de medição de saturação +ou- 2%, faixa de medição da pulsação de 30 a 250 bpm, resolução de pulsação de 1 bpm, precisão de medição de pulsação +ou- 1%, capacidade de medição em dedos de 7 a 23 mm, desligamento automático, alimentação por pilhas AAA, incluso estojo para transporte. CATMAT 299875	Equipar	MEDICLINI / AS-302L	Reprovado. Solicitamos modelo duplo: Infantil e adulto. O modelo não tem capacidade de leitura de dedos a partir de 7mm.
50	3	43838	Papagaio em aço inoxidável, capacidade de 1 litro. CATMAT 385777	Licitafisio	Artinox	Aprovado.
51	3	43839	Rolo posicional, confeccionado em espuma, revestido em courvin, tamanho 60 cm x 25 cm. CATMAT 291541	Licitafisio	Só Espumas	Aprovado.

Item	Quant.	Cetil	Descrição	Licitante	Marca/Modelo	Avaliação
52	5	43840	Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulação, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70 m. Garantia de 1 (um) ano. CATMAT 415940	Stockmetal	Metalic Medical MT530I	Aprovado.
53	1	43841	Tablado. Equipamento que facilita a acomodação do paciente proporcionando maior segurança a terapia. Estrutura em madeira e/ou compensado, leito estofado em espuma de alta densidade, revestimento em courvin na cor preta ou azul escuro, dimensões: 1,40 x 1,90 x 0,50m (C x L x A), peso suportado 100kg. CATMAT 432425	Fisiomédica	Fisiomédica	Aprovado
54	5	43842	Teste Não Verbal de Inteligência R1 - Bloco de Aplicação com 50 folhas. CATMAT 605482	PSI	Vetor	Aprovado
55	5	43843	Teste Palográfico da Personalidade - Bloco de Aplicação com 25 folhas. CATMAT 605525	PSI	Vetor	Aprovado
56	3	43844	Tornoeleira 500g. Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinílico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro. CATMAT 298573.	Licitafisio	Arktus	Aprovado
57	3	43845	Tornoeleira de 1kg. Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinílico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro. CATMAT 339794	Essencial	RMC	Aprovado
58	4	43846	Tubo de ressonância para exercícios. Material para exercícios de fonoaudiologia. Tubo de ressonância flexível para exercícios com garrafa pet de 500ml, dimensões 35x5x3. CATMAT 323929.			